

Изменение № 2 ГОСТ 6006—78 Реактивы. Буганол-1. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 26.10.90 № 2703

Дата введения 01.04.91

Пункт 4.1а. Второй, третий абзацы изложить в новой редакции: «При взвешивании применяют лабораторные весы общего назначения типа ВЛР-200 г и ВЛКТ-500 г-М или ВЛЭ-200 г.

Допускается применение других средств измерения с метрологическими характеристиками не хуже, а также реактивов по качеству не ниже указанных в настоящем стандарте».

(Продолжение см. с. 138)

(Продолжение изменения к ГОСТ 6006—78)

Пункт 4.1. Заменить значение: 1000 г на 1 кг.

Пункт 4.2.1.3. Таблица 2. Графа «Градуировочные коэффициенты по η -ксилолу». Заменить значения: 0,54 на 1,80; 0,55 на 1,83; 0,68 на 1,48; 0,66 на 1,46; 0,66 на 1,42.

Пункт 4.5. Первый абзац. Заменить значение: 127,5 см³ на 123,5 см³.

Пункт 5.1. Последний абзац после слов «по ГОСТ 19433—88» изложить в новой редакции: «(класс опасности 3, подкласс 3.3, черт. 3, классификационный шифр 3313), серийный номер 00Н 1120».

(ИУС № 1 1991 г.)