

**Изменение № 1 ГОСТ 12645.13—87 Индий. Химико-спектральный метод определения галлия**

**Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации 15.03.94 (отчет Технического секретариата № 1)**

**Дата введения 1997—01—01**

За принятие проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа стандартизации
Республика Азербайджан	Азгосстандарт
Республика Армения	Армгосстандарт
Республика Беларусь	Белстандарт
Республика Казахстан	Госстандарт Республики Казахстан
Республика Молдова	Молдовастандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Туркменистан	Туркменглавгосинспекция
Республика Узбекистан	Узгосстандарт
Украина	Госстандарт Украины

Раздел 2. Пятнадцатый абзац. Заменить слова: «типа И» на «типов ИФС-02, ИФС-03, ИГ-2СВ по ТУ 6—43—1475—88»:

*(Продолжение см. с. 34)*

(Продолжение изменения № 1 к ГОСТ 12645.13—87)

дополнить примечанием: «П р и м е ч а н и е. Допускается применение приборов с фотоэлектрической регистрацией спектров и других спектральных приборов, других реактивов и материалов, обеспечивающих получение показателей точности, не уступающих регламентированным настоящим стандартом».

Таблицу изложить в новой редакции:

Г

Номер образца сравнения	Массовая доля галлия в образце сравнения, %	Количество разбавляемого образца	Количество основы, необходимое для разбавления
1	$1 \cdot 10^{-3}$	—	—
2	$3,3 \cdot 10^{-4}$	2,000 (образца № 1)	4,000
3	$1 \cdot 10^{-4}$	1,000 (образца № 2)	9,000
4	$5 \cdot 10^{-5}$	3,000 (образца № 3)	3,000

Пункт 4.1. Заменить значение: 1,0 на 1,000.

Пункт 5.2. Заменить слова: «на двух фотопластинках» на «на одной фотопластинке».

(ИУС № 9 1996 г.)