

УДК 389.14

Группа Т80

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 02537-85

ОТРАСЛЕВАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
АРБИТРАЖНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

На 10 страницах

Введен впервые

ОКСТУ 7502

Распоряжением Министерства от 28 июня 1985 г. № 298-65
дата введения 1 июля 1986 г.

Настоящий стандарт устанавливает порядок организации, выполнения и оформления результатов арбитражных измерений (АИ) параметров продукции, сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий (в дальнейшем изложении - объектов измерения).

Издание официальное

ГР 8356799 от 25.07.85

Перепечатка воспрещена



№ изм.	1	2
№ изв.	11735	12794

Име. № дубликата	
Име. № подлинника	5332

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. АИ - это измерение параметров изделий (деталей, сборочных единиц), сырья, материалов, а также полуфабрикатов, комплектующих изделий, проводимые в случае возникновения разногласий в оценке их показателей качества на соответствие требованиям нормативно-технической документации (НТД) по стандартизации, а также конструкторской и технологической документации.

1.2. АИ проводятся с целью обеспечения необходимого качества выпускаемых изделий путем выявления брака, дефектов, конструктивно-технологических неувязок в процессе производства.

1.3. АИ проводятся при возникновении разногласий в оценке соответствия параметров объектов измерений требованиям НТД между:

- подразделением-изготовителем и подразделением, осуществляющим технический контроль, т.е. бюро технического контроля (БТК);
- подразделением-изготовителем и подразделением-потребителем;
- подразделением-предъявителем и представителем заказчика на предприятии;
- предприятием-изготовителем сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий и предприятием-потребителем, в случае принятия Государственным арбитражем решения о проведении АИ на предприятии.

1.4. Решение о проведении АИ должен принимать в случае возникновения разногласий:

- между подразделением-изготовителем и БТК, подразделением-изготовителем и потребителем - главный инженер предприятия;
- между предъявителем и представителем заказчика на предприятии - главный инженер предприятия по согласованию с начальником представительства заказчика.

1.5. АИ выполняются подразделениями главного метролога предприятия и по указанию главного метролога - специализированными по видам измерения лабораториями и подразделениями предприятия.

При проведении АИ силами предприятия-изготовителя в выполнении измерений должен участвовать представитель подразделения главного метролога или (по решению главного метролога) специалисты других служб и подразделений по соответствующему виду измерений.

Организация АИ по требованию представителя заказчика проводится БТК подразделений. При отсутствии в подразделении БТК вопросы организации возлагаются на работников подразделения. Требование представителя заказчика о проведении АИ является обязательным.

№ изм.	2
№ изв.	1.2794

5332

Инв. № дубликата	
Инв. № подлинника	

Заключение по результатам АИ подписывает исполнитель, проводивший АИ, и руководитель подразделения, где выполнялись АИ.

4.2. Результаты АИ регистрируются в журнале "Регистрация арбитражных измерений" подразделения, выполняющего АИ.

4.3. Ответственность за достоверность и оформление результатов АИ несет руководитель подразделения, выполняющего АИ.

4.4. Объект измерений с НТД, вспомогательным оборудованием, СИ и заказ-нарядом по окончании АИ возвращается подразделению-заявителю.

4.5. Подпись представителя подразделения-заявителя о получении укомплектованного объекта измерений и заключения проставляется в журнале "Регистрация арбитражных измерений".

4.6. Заключение по результатам АИ для принятия решения о разработке организационно-технических мероприятий руководитель подразделения, выполняющего АИ по установленному на предприятии порядку, должен доводить до сведения лиц, принявших решение о проведении АИ.

4.7. Заказ-наряд хранится в подразделении-заявителе до снятия объекта АИ с серийного производства.

№	зм.
№	изв.

5332

Инв. № дубликата

Инв. № подлинника

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Обязательное

ФОРМА ЗАКАЗ-НАРЯДА НА ПРОВЕДЕНИЕ АИ

СОГЛАСОВАНО

РАЗРЕШАЮ ПРОВЕДЕНИЕ
АРБИТРАЖНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

должность

подпись инициалы, фамилия
" " 19 г.

должность

подпись инициалы, фамилия
" " 19 г.

ЗАКАЗ-НАРЯД № _____

на проведение арбитражных измерений в _____
подразделение, выполняющее АИ

Объект измерения _____
наименование, шифр, обозначение (номер) изделия

Основание на проведение АИ _____
причина направления объекта измерений на АИ

Номер детали в партии _____ Номер партии _____

Количество деталей _____ шт.

Документация к объекту измерения _____
НТД, чертеж, конструкторская, технологичес-

кая документация, паспорт, сертификат

№ м.
№ изв.

Номер (шифр) объекта измерения	Параметр объекта измерения		Средство, используемое для измерения (контроля) параметра		Результат измерения (контроля)
	Наименование	Номинальное и допустимое значения	Тип	Погрешность	

Примечание. При большом количестве параметров, подлежащих АИ, и средств измерений (контроля) допускается ссылаться на документы, прилагаемые к заказ-наряду.

Подразделение, направляющее объект измерения на АИ _____

Руководитель подразделения _____
подпись, дата инициалы, фамилия

Инв. № дубликата
Инв. № подлинника

ЭСЗЗ

